



AQUASTYL®
SLOVAKIA, s.r.o.

GERÄT FÜR DIE MESSUNG UND AUSWERTUNG
DER VIBRATIONSEBENE VON WÄLZLAGERN
IL 400 ARPZ



HERSTELLER: AQUASTYL SLOVAKIA, s. r. o.
Orlové 277
017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Telefon: 034 297 14 35 11
Fax: 034 297 14 35 10
e-mail: info@wpm-leipzig.de
web: www.wpm-leipzig.de

GERÄT FÜR DIE MESSUNG UND AUSWERTUNG DER VIBRATIONSEBENE VON WÄLZLAGERN IL 400 ARPZ

Das Gerät dient zur Messung von Wälzlager vibrations bis zum Aussendurchmesser 400 mm. Dank seinem universalen Charakter wird es in der Produktion, Messzentren sowie in Labors verwendet. Die Elektronik macht Messungen im manuellen Regime möglich. In der Industrie ist es bei Messungen von Wälzlager vibrations verwendbar.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES:

IL 400 ARPZ besteht aus mechanischem Teil, elektronischem Teil und Messfühler. Der mechanische Teil besteht aus dem Motorantrieb, der Spindel, dem Messdorn, dem verstellbaren Fühlerhalter, dem zugleich als Radiallast dienenden Fühlerkörper, der Axiallasteinrichtung und Zubehör.

Der elektronische Teil besteht aus der Digitalelektronik, die die Sortierung in drei Grundgruppen und neun Untergruppen ermöglicht. Die drei Grundgruppen, die am Bildschirm mit grossen Ziffern dargestellt werden, sind zugleich am elektronischen Paneel als farbige Signalisation sichtbar. In der Elektronik ist ein Lautsprecherbox mit Breitbandlautstärker eingebaut, der zur akustischen Darstellung des Messsignals im Frequenzbereich von 50 bis 10 000 Hz dient.

Den Hauptteil des Messkopfes bildet ein Brüel&Kjaer Fühler mit neuer Lagerung. Der Messkopf besteht weiterhin aus der Verstärkungselektronik, die im Messkopf untergebracht ist, und zugleich Bestandteil der Radiallast bildet. Der Zubehör besteht aus einer Axiallasteinrichtung mit Andruckstellern und Messdornen.

EIGENSCHAFTEN:

Das Gerät misst und bewertet die Geschwindigkeit oder Beschleunigung von Wälzlager vibrations in drei Frequenzbändern laut DIN ISO 15 242:

- erstes Bande **1NF** 50 - 300 Hz
- zweites Bande **2 SF** 300 - 1800 Hz
- drittes Bande **3 VF** 1800 - 10000 Hz
- Bande **TH** 50 - 10000 Hz mit Möglichkeit der Abschaltung eines oder zweier Bänder
- Bande **IL 100** 300 - 10000 Hz. Hier werden die Vibrationswerte im Band des älteren IL 100 Gerätes dargestellt.

TECHNISCHE ABWEICHUNGEN:

Vibrationsmessung - Der Messkopf mit Accelerometer Brüel&Kjaer Type 4393 mit Vorverstärkungselektronik

- Empfindlichkeit des Messkopfes: 2,33 mv/ms² (1592Hz)
- Frequenzbereich des Messkopfes: 50 -10 000 Hz ±1,5 dB

Messung

- Messbereich - Beschleunigung: 0 - 300 ms⁻² RMS
- Messbereich - Geschwindigkeit: 0 - 1000 mms⁻¹ RMS
- Messzeit: 3s, 5s, 10s, 15s

Auswertung des Frequenzbandes

- Bande 1 NF: 50 - 300 Hz
- Bande 2 SF: 300 - 1800 Hz
- Bande 3 VF: 1800 - 10000 Hz
- Bande NF + SF + VF: Summe eingeschalteter Bänder
- Bande IL 100: 300 - 10000 Hz

Sortierung

- Sortierung gemessener Werte: 3 Klassen + % oder 9 Unterklassen + %
- optische Signalisation der Sortierung: dreifarbige Ampel
- Abhören des gewählten Bandes: eingebauter Lautstärkerschrank
- je nach eingestellter Sortierungsebene: von 120 wählbaren Wälzlager typen
- Speicher der Messergebnisse 8000 / 99
- /Speicherung der Chargen:

Filtration des Messsignals: digital laut DIN ISO 15 242



AQUASTYL®
SLOVAKIA, s.r.o.